



Обозначение	L, мм	l, мм
ИБяЛ413415.003-04	541,5	200
-05	741,5	400
-06	1241,5	900
-07	1871,5	1530

- 20 – клеммные контакты "RS 485";
- 21 – клеммные контакты "РЕЛЕ 1", "РЕЛЕ 2";
- 22 – клеммные контакты "230 В";
- 23 – кабельные вводы;
- 24 – штуцер;
- 25 – ответный фланец (из ЗИП);
- 26 – крышка БПО;
- 27 – болт;
- 28 – хомут;
- 29 – проволока;
- 30 – фильтр;
- 31 – заглушка;
- 1 – корпус БПО;
- 2 – цифровой индикатор;
- 3 – светодиодные индикаторы;
- 4 – кнопка "РЕЖИМ";
- 5 – кнопка ">";
- 6 – кнопка "<";
- 7 – кнопка "ВЫБОР";
- 8 – крышка;
- 9 – винт;
- 10 – крышка зонда;
- 11 – фланец зонда;
- 12 – труба;
- 13 – штуцер "КА/ИБР.ГАЗ";
- 14 – штуцер "ГАЗ СРАВНЕНИЯ";
- 15 – трубка;
- 16 – отражатель;
- 17 – гайка фиксации зонда;
- 18 – ЭХЯ;
- 19 – клеммные контакты "+I₁, -I₁", "+I₂, -I₂";

Рисунок 1.1 – Внешний вид газоанализаторов АКВТ-02 с разметкой для монтажа

Размер d^* выбирается так, чтобы наконечник зонда располагался как можно ближе к центру газохода