



БИ анализаторов АНКАТ 7655-02



БИ анализаторов АНКАТ 7655-03



- 1 – разъем “БОС” для подключения к БОС;
 2 – разъем “RS485” для подключения внешних устройств (ПЭВМ или пульта контроля);
 3 – зажим рабочего заземления;
 4 – разъем “ДАТЧИК” для подключения БИ к датчику кислорода;
 5 – разъем “БПС” для подключения к БПС-21М или внешнему источнику питания;
 6 – разъем “ПЕРЕГРЕВ” для подключения к клапану БП и получения информации о состоянии клапана.

Рисунок 1.2 – Внешний вид БИ анализаторов АНКАТ 7655-02, АНКАТ 7655-03