



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.30.004.A № 46419

Срок действия до 15 мая 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры цифровые ДМ5002М, ДМ5002Вн

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь"), г. Томск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 49867-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
5Ш0.283.342 МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для приборов с пределами допускаемой основной погрешности не более $\pm 0,25\%$;
2 года - для приборов с пределами допускаемой основной погрешности $\pm 0,5\%$

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2012 г. № 343

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



Е.Р.Петросян

"18" 2012 г.

Серия СИ

№ 004570