



**МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ,
ВАКУУММЕТР И МАНОВАКУУММЕТР
ПОКАЗЫВАЮЩИЙ
МП-У, ВП-У и МВП-У**

Паспорт
5ПШ0.283.273ПС

1 Основные технические характеристики

1.1 Обозначение прибора и диапазон показаний

Обозначение	кПа	МПа	кгс/см ²
МПЗ-УУ2			
ВПЗ-УУ2			
МВПЗ-УУ2			
МП4-УУ2		0-160	
ВП4-УУ2			
МВП4-УУ2			

1.2 Измеряемая среда

заполняется только для кислорода,
хладона и ацетилена

- 1.3 Класс точности 1,5
1.4 Резьба присоединительного штуцера М20×1,5
1.5 Размер квадрата под ключ, мм 17
1.6 Масса прибора, кг, не более

Исполнение прибора	Обозначение прибора	
	МПЗ-УУ2, ВПЗ-УУ2, МВПЗ-УУ2	МП4-УУ2, ВП4-УУ2, МВП4-УУ2
IP40	0,6	1,0
IP53, IP54	0,7	1,2

1.7 Содержание драгоценных материалов: серебро

– в припое ПСр-40 в манометрах с верхними значениями диапазона показаний 100 и 160 МПа (1000 и 1600 кгс/см²), г 0,2663

1.8 Сведения о содержании цветных металлов в составных частях прибора указаны в приложении, которое высылается по запросу организаций.

2 Комплектность

Наименование	Количество	Примечание
1 Прибор	1 шт.	При поставке потребителю партии однотипных приборов не менее 10 шт. прилагается одно руководство по эксплуатации на каждые пять приборов
2 Паспорт	1 экз.	
3 Руководство по эксплуатации	1 экз.	

3 Свидетельство о приемке

3.1 Прибор 1820463 соответствует требованиям ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления 04 АПР 2018 Клеймо ОТК




3.2 Сведения о поверке (заполняется только при наличии заводского номера прибора).

Прибор поверен и на основании результатов первичной поверки признан пригодным к применению.

Знак поверки



Поверитель 

В. И. АГЕЕВА

подпись

инициалы, фамилия

Дата поверки 04 АПР 2018

3.3. Периодическая поверка прибора в процессе эксплуатации проводится в соответствии с МИ 2124-90.

Межповерочный интервал – 2 года.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа согласно ГОСТ 2405-88 и ТУ 25-02.180335-84.

4.2 Гарантийный срок хранения прибора – 9 месяцев с момента изготовления.

5 Сведения об изготовителе

ОАО «Манотомь», 634061, Россия, г. Томск, пр. Комсомольский, 62
Факс: (3822) 44 28 43, 44 29 06 Телефон (3822) 28 88 99, 44 26 28
<http://www.manotom-tmz.ru>

6 Сведения о сертификации

6.1 Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ66.Н07615 выдан Органом по сертификации ООО «ЕвроТех»

Срок действия с 17.10.2016 по 16.10.2019

ГОСТ Р 52931-2008 (п.п. 5.22, разд. 6)

ГОСТ 2405-88 (п.п. 2.1.7.4.1, 2.1.8, 2.4.1, 2.4.2, 6.2, 6.3)

6.2 Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001

